

お客様各位

「イムノエースFlu」テストプレート・デザイン変更のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、心より感謝申し上げます。

この度、イムノエースFluのテストプレートのデザインを一新致しました。デザイン変更は、テストプレート上に「判定時間8分」・「滴下数(💧)×3滴」を印字し、よりわかりやすく致しました。

今回の変更によるカタログ番号、JANコード、価格の変更はありません。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので弊社製品をご愛用賜りたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

敬具

イムノエースFlu10テスト製品は、

Lot番号： IF1013T1006より変更

イムノエースFlu60テスト製品は、

Lot番号： IF6012T1008より変更

イムノエースFlu60テスト(輸送用スワブ付)製品は、

Lot番号： IF6012T1009より変更

記

旧タイプ



新タイプ

