

お客様各位

インフルエンザウイルスキット
「**イムノエース Flu**」有効期間延長及び仕様変更のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度「**イムノエース Flu**」の有効期間（製造後）を24ヶ月から**27ヶ月**へ変更致しますと共に、10テスト包装、60テスト包装、60テスト(輸送用スワブ付)包装の3製品を以下のとおり仕様変更致しますことをお知らせします。

今回の変更によるカタログ番号、JANコード・価格の変更はございません。

今後とも、お客様のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白


記

下記のLot番号より変更致します。

製品コード・製品名	Lot番号	出荷予定時期
IAFL0510 イムノエースFlu 10テスト	IF1058T1016 IF1058T2066	2015年11月上旬
IAFL0520 イムノエースFlu 60テスト	IF6058T2015	2015年11月下旬
IAFL0530 イムノエースFlu 60テスト(輸送用スワブ付)	TF6059T2018	2015年11月下旬

※流通事情により若干の差異が生じる場合がございます。ご了承下さいますようお願い致します。

製品には、以下の「お知らせ」用紙を同梱しております。



以上

インフルエンザウイルスキット
「イムノエース Flu」 仕様変更一覧

旧タイプ	仕 様	新タイプ
	【ハウジング】	
 W251mm X D88mm X H69mm	【化粧箱】 ※1・※2 10テスト包装	 W242mm X D88mm X H69mm
 W265mm X D255mm X H110mm	60テスト包装	 W256mm X D255mm X H110mm
 W265mm X D255mm X H110mm	60テスト (輸送用スワブ付) 包装	 W256mm X D255mm X H110mm

※1 化粧箱のサイズ変更は検体抽出液の箱の仕様(サイズ)の変更によるものです。

※2 化粧箱のサイズ変更による元箱(ダンボール)の入り数の変更はありません。