

お客様各位

## 「咽頭・角結膜用BRスワブE」仕様変更のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度、現在発売しておりますイムノエースアデノシリーズ、イムノエースStrep Aシリーズ、およびイムノエースマイコプラズマシリーズに付属されております「咽頭・角結膜用BRスワブE」の仕様を変更することをお知らせ致します。

別売品についても同様の変更を行います。



今回の変更による製品名・カタログ番号・JANコードおよび価格の変更はございません。

今後とも、先生方のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

### 1. 変更詳細

旧仕様	変更点	新仕様
あり 	ブレイクポイント (折り目)	なし 
	スワブ 【全体画像】 包装紙	
 <p>[印字] 紺色 [表記] 英語</p>	咽頭・角結膜用BRスワブE 包装紙の印刷	 <p>[印字] オレンジ色 [表記] 日本語</p>



## 2. 変更となるLot番号・出荷予定時期

製品コード・製品名	Lot番号	出荷予定時期
IAAD0350 イムノエース アデノ 10テスト	IA1063T2005	2016年4月中旬頃
IAAD0340 イムノエース アデノ 30テスト	IA3064T2003	2016年4月中旬頃
IAST1110 イムノエースStrep A 10テスト	IS1064T2009	2016年4月上旬頃
IAMP1510 イムノエース マイコプラズマ 10テスト	IM1068T2006	2016年9月下旬頃
ACSW7007 咽頭・角結膜用BRスワブE 50本	9KIK00	2016年3月上旬頃

※流通事情により若干の差異が生じる場合がございます。ご了承下さいますようお願い致します。

## 3. お知らせ

製品には、以下の「お知らせ」用紙(A6サイズ)を同梱しております。

### お知らせ

キット付属のスワブの仕様を下記の通り  
変更致しました。

記

1. 包装紙の仕様を変更
2. ブレイクポイントがなくなりました

2016年1月 株式会社 タウンズ  
(PTKI-044)

以上



製造販売元  
**株式会社 タウンズ**  
〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1  
[HP] <http://www.tauns.co.jp/>

お問い合わせ先

**販売管理部**  
TEL: 0558-76-0050  
FAX: 0558-76-0100  
受付時間 / 9:00~17:30(月~金 祝日を除く)