

インフルエンザウイルスキット
「**イムノエース[®] Flu**」仕様変更のお知らせ

謹啓 先生方におかれましては、時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より厚く御礼申し上げます。

さて、この度「**イムノエース[®] Flu**」のテストプレートのデザインを変更しましたのでお知らせ致します。

今回の改良によるカタログ番号・JANコード・価格・有効期間および使用方法の変更はございません。

今後とも、お客様のご期待に応えるべく、より優れた迅速診断キットを提供し続ける所存でございますので、弊社製品をご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

テストプレートのデザインを変更 (判定部 [C] の領域幅を変更)


旧タイプ	【テストプレート】	新タイプ
[C]領域 (狭)		[C]領域 (拡)

下記の Lot 番号より変更致します。

製品コード・製品名	Lot 番号	出荷予定時期
IAFL0510 イムノエース Flu 10テスト	IF108ET2051	2018年10月上旬
IAFL0520 イムノエース Flu 60テスト	IF608ET2019	2018年10月中旬
IAFL0530 イムノエース Flu 60テスト (輸送用スワブ付)	TF608ET2025	2018年9月上旬

※流通事情により若干の差異が生じる場合がございます。ご了承下さいませようお願い致します。

製品には、以下の「お知らせ」用紙を同梱しております。



以上