2020年11月
株式会社タウンズ

各位

# イムノエース®Fluの検体種変更および<br>イムノエース®シリーズの検体共用パターン変更のお知らせ

謹啓　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。
インフルエンザウイルスキット「イムノエース®Flu」の検体種における、「鼻腔ぬぐい液」の定義が変更され、新しい検体種は「鼻腔ぬぐい液」・「鼻咽頭ぬぐい液」となり、「イムノエース®SARS-CoV-２」と統一されました。
つきましては、イムノエース®シリーズの検体共用パターンも変更になり、検体種が「鼻腔ぬぐい液」の場合においても、イムノエース®Fluの抽出液残液を用いて、イムノエース®SARS-CoV-2を検査することが可能となりましたので、ご報告いたします。
詳細は下記内容をご確認の程、宜しくお願い申し上げます。

謹白

記

〖 新しい検体種 〗

| 検体種 | 部位の定義 | 検体共用 |
|---|---|---|
| 鼻腔ぬぐい液 | 鼻孔より2cm程度の部位 | 本品の抽出液残液を用いて<br>イムノエース®SARS-CoV-２と検体共用が可能 |
| 鼻咽頭ぬぐい液 | 鼻腔孔から耳孔を結ぶ線にほぼ平行に<br>鼻腔底に沿って進み、抵抗を感じる付近 | 本品の抽出液残液を用いてイムノエース®SARS-CoV-2・アデノ・hMPV・RSV Neoと検体共用が可能 |

〖 検体の採取方法スライド 〗

＜ 鼻腔ぬぐい液 ＞ ：キット付属のスワブを鼻孔から２cm程度挿入し、挿入後、スワブを5回程度回転させながら擦るようにして粘膜表皮を採取します。

＜鼻咽頭ぬぐい液＞：キット付属のスワブを鼻甲介に沿わせながら、鼻咽頭まで挿入し数回擦るようにして粘膜表皮を採取します。

**イムノエース®Flu添付文書より作成**


鼻腔ぬぐい液


鼻咽頭ぬぐい液

〖イムノエース®シリーズ　検体共用のパターン〗

| | SARS-CoV-2 | Flu | アデノ | hMPV | RSV Neo | Flu/RSV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鼻咽頭ぬぐい液 | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ | ↔ |
| 鼻腔ぬぐい液 | ↔ | ↔ | | | | |

具体的な検体の採取部位等は各キットの添付文書をご参照ください。

以上

製造販売元
株式会社 タウンズ
〒410-2325 静岡県伊豆の国市神島761番1
[HP]https://www.tauns.co.jp/
お問い合わせ先
営業本部
TEL：0558-76-0050
FAX：0558-76-0100
受付時間／9:00～17:30(月～金 祝日を除く)

SI201100B