

各位

SARSコロナウイルス抗原キット
「**イムノエース[®] SARS-CoV-2**」

有効期間延長に伴う修正ラベル貼付のお知らせ

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は、イムノエース・キャピリアシリーズ製品をご愛顧賜り、心より御礼申し上げます。

先般、新型コロナウイルス抗原検査キット「**イムノエース[®] SARS-CoV-2**」の有効期間延長を案内させていただいておりますが、製品の使用期限表示の件で、皆様には多大なご迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。

この度、製造済み製品に対し、延長後の正しい使用期限のラベルを貼付し、出荷させていただきますことをご案内致します。

ご不明な場合は下記お問い合わせ先、または弊社営業担当者へお問い合わせください。

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

謹白

記

■ 対応内容


- ① 包装箱背面へ延長後の正しい使用期限を記載したラベルの貼付
- ② 包装箱天面へ「キット及びテストプレートの使用期限を延長しました。」のラベルを貼付

■ 対象製品

カタログ番号 (JANコード)	製品名	対応開始製造番号
IASC1910 (4987815019105)	イムノエース[®] SARS-CoV-2 10テスト	191201012
IASC1920 (4987815019204)	イムノエース[®] SARS-CoV-2 60テスト	192201003

■ 貼付イメージ


< 包装箱背面 (左側) >



< 包装箱天面 (右側上部) >



< 包装箱 (背面全体) >



■ 注意事項

- ・テストプレートのアルミ包装に記載されている使用期限は未修正です。
(修正ラベルに記載している「テストプレートの使用期限」が、延長後の正しい使用期限です。)

以上